

Instrucțiuni de utilizare

- 1 Introducere
- 2 Păstrare
- 3 Curățare și dezinfectare
- 4 Sterilizare
- 5 Utilizare
- 6 Dispoziție

1 Introducere

Aceste instrucțiuni de utilizare și recomandări pentru siguranță trebuie respectate cu strictețe. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate conduce la creșterea riscului de rănire și la o funcționare necorespunzătoare a dispozitivelor. Aceste dispozitive sunt destinate numai pentru uz stomatologic.

Instrumentele sunt comercializate în stare nesterilă și trebuie curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de fiecare utilizare.

Instrumentele sunt destinate utilizării multiple, așadar pot fi reutilizate. Pe de altă parte, medicul care utilizează instrumentele are responsabilitatea unică de a decide dacă, în funcție de cazul respectiv și de potențiala uzură sau rupere a produselor, poate reutiliza produsele și cât de frecvent să le utilizeze.

2 Păstrare

Înainte de fiecare utilizare, dispozitivul trebuie păstrat în ambalajul său original, la temperatura camerei, în condiții lipsite de praf și umiditate. Aceasta va prezerva durata de viață utilă a dispozitivelor. Ca instrumente reutilizabile, durata de viață utilă a acestora depinde de gradul lor de uzură și rupere.

După sterilizare, dispozitivele trebuie păstrate în ambalaje de sterilizare, într-un loc uscat și fără praf. Vă rugăm să rețineți că perioada de valabilitate a stării de sterilizare a dispozitivului depinde de validarea ambalajului de sterilizare. După expirarea datei precizate, dispozitivele trebuie reesterilizate.

3 Curățare și dezinfectare

Avertisment:

Nu utilizați alcool sau solvenți pentru curățare.

Nu curățați CSTT în baie ultrasonică împreună cu alte instrumente.

Dacă este posibil, trebuie utilizată o procedură automată (WD (aparatură de spălare și dezinfectare)) pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor. O procedură manuală (chiar în cazul utilizării unei băi ultrasonice) trebuie utilizată numai dacă nu este disponibilă o procedură automată; în acest caz, trebuie avută în vedere eficiența și reproductibilitatea semnificativ mai scăzută a procedurii manuale.

Când alegeți un agent de curățare și dezinfectare adecvat, trebuie să asigurați:

- adecvarea fundamentală pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor fabricate din materiale metalice/zirconiu
- adecvarea detergentului de curățare pentru curățarea ultrasonică (fără generare de spumă)
- aplicarea unui dezinfectant cu eficiență aprobată (de exemplu, aprobare VAH/DGHM sau FDA/EPA, sau marcaj CE), compatibil cu detergentul de curățare utilizat
- evitarea produselor agresive (acid clorhidric, apă oxigenată...), care ar putea coroda instrumentele.

Procedura de curățare manuală și dezinfecție:

Puneți imediat instrumentele utilizate într-o baie de dezinfectant anticoroziv special pentru scurt timp.

Curățați instrumentele într-o baie ultrasonică (nu împreună cu alte instrumente) sau sub jet de apă. Clătiți instrumentele cel puțin 1 minut sub jet de apă (temperatura < 35°C / 95°F).

Vă rugăm să utilizați numai soluții proaspăt preparate, precum și numai apă sterilă sau cu grad scăzut de contaminare (max. 10 germeni/ml), precum și apă cu grad scăzut de contaminare cu endotoxină (max. 0,25 unități endotoxină/ml), de exemplu apă purificată/înalt purificată, o lavetă moale, curată, fără scame și/sau aer filtrat pentru uscare, respectiv.

Curățarea/dezinfectarea automată (dezinfectator/ WD (aparat de spălare și dezinfectare)):

La selectarea WD, aveți în vedere următoarele aspecte:


- eficiența a WD cu aprobare fundamentală (de exemplu, marcaj CE conform EN ISO 15883 sau aprobare DGHM sau FDA)
- posibilitatea unui program aprobat de dezinfecție termică (valoarea A0 \geq 3000 sau – în cazul dispozitivelor mai vechi - cel puțin 5 min la 90°C / 194°F; în cazul dezinfecției chimice, pericolul reprezentat de resturile de dezinfectant rămase pe instrumente)
- adecvare fundamentală a programului pentru instrumente, precum și etape suficiente de clătire prevăzute de program
- post-clătire numai cu apă sterilă sau cu grad scăzut de contaminare (max. 10 germeni/ml, max. 0,25 unități endotoxină/ml), de exemplu apă purificată/înalt purificată - a se utiliza pentru uscare numai aer filtrat (fără conținut de ulei, grad scăzut de contaminare cu microorganisme și particule)
- întreținere și verificare/calibrare a WD în mod regulat.

4 Sterilizare

Înainte de sterilizare, puneți instrumentele în standuri și tăvi adecvate pentru sterilizare.

Sterilizați instrumentele. Autoclavă: 18 min. 134°C, 2 bari.

5 Utilizare



Avertisment:

A se utiliza fără nicio răcire cu apă/pulverizare.

CSTT (modelator ceramic pentru țesuturile moi) este utilizat sub rotație cu turbina cu aer (300.000 – 500.000 min-1). În condițiile utilizării corecte, energia cinetică cauzează un efect de coagulare la căldură fără a se „arde” țesutul. A nu se utiliza la viteze mai mici decât cele recomandate, acestea putând cauza leziuni și trebuind evitate. Când utilizați CSTT, evitați contactul excesiv cu dintele sau țesutul osos.

Aplicații

1. CSTT este un modelator pentru țesuturile moi

- Modelare gingivală
- Lacerarea țesutului de granulație inter-radicular
- Îndepărtarea hiperplaziei gingivale/papilectomii
- Expunerea țesuturilor de implant intraosos și dinților reținuți

Înainte de utilizarea CSTT, trebuie îndepărtată prin clătire orice cantitate de sânge sau puroi și zona trebuie uscată cu un burete din bumbac sau cu seringă cu aer. Vârful CSTT trebuie mișcat prin țesut cu mișcări mici, ca de „tușe de pensulă”, sub un unghi de 30 - 45° grade, fără să se forțeze vârful modelatorului în țesut sau să se taie prea adânc la o singură tăietură.

2. Aplicație suplimentară: deschiderea sulcusului

CSTT este mișcat în sulcus printr-o mișcare de glisare lentă, uniformă, la adâncimea necesară. Pentru a evita orice pierdere de țesut, este important să se păstreze epiteliul gingiei marginale.

Utilizând în mod corect CSTT, cu toate aplicațiile sale, veți constata că CSTT este adeseori capabil să înlocuiască nu numai electro-chirurgia și lamele chirurgicale ci, în multe cazuri, și utilizarea firului de retracție.

6 Dispoziție

Dispoziție în conformitate cu reglementările legale naționale și locale.